


檔 號：

保存年限：

經濟部標準檢驗局 令

發文日期：中華民國107年9月4日

發文字號：經標七字第10770007980號



訂定「固定地秤檢定執行作業要點」，並自中華民國一百零七年十月一日生效。

附「固定地秤檢定執行作業要點」

局長 劉明忠

裝

訂

線

固定地秤檢定執行作業要點

中華民國107年9月4日經濟部標準檢驗局經標七字第10770007980號令訂定發布全文8點，並自107年10月1日生效

- 一、為健全度量衡專責機關執行固定地秤檢定作業，特訂定本要點。
- 二、申請固定地秤檢定時，申請人應檢附檢定申請書(如附件一)，連同檢定規費向度量衡專責機關申請；如委託他人代為辦理，須另檢附委託文件(如附件二或其他證明文件)。
- 三、執行固定地秤檢定作業前，檢定人員應備妥下列物品：
 - (一)識別證。
 - (二)檢定申請書。
 - (三)照相機。
 - (四)檢定紀錄表。
 - (五)檢定合格單。
 - (六)停止使用單。
 - (七)停用申請書(附件三)。
- 四、度量衡專責機關執行檢定作業時，申請人應配合以下事項：
 - (一)未委託領有度量衡專責機關核發之衡器製造或修理業執照之業者(以下簡稱製造、修理業)，不得現場修理或調整。
 - (二)檢定過程中，應備妥足量替代物品；但因替代物品無法備齊時，經固定地秤所有人同意後，得調降申請書之最大秤量。
 - (三)協助度量衡專責機關拍照作業。
- 五、申請人委託製造、修理業於現場修理或調整時應共同配合以下事項：
 - (一)使用自有法碼者，提供二年內度量衡專責機關出具之校正(驗)報告或全國認證基金會認可校正實驗室出具之報告或經度量衡專責機關評估通過之自行校正報告。
 - (二)偏載檢定應於九十分鐘內完成。
 - (三)檢定過程中，應備妥足量替代物品；但因替代物品無法備齊時，經固定地秤所有人同意後，得調降申請書之最大秤量。
 - (四)檢定時間自進行偏載檢定開始計算，應於二小時三十分內完成；但因天候等不可抗力之因素影響檢定作業，不在此限。

申請人與製造、修理業未能共同配合提供第一款規定之報告或未能共同配合於第二款或第四款規定時間內完成檢定，視為檢定不合格。
- 六、度量衡專責機關執行檢定作業時，檢定人員應辦理以下事項：

- (一)申請人自備法碼時，事先確認法碼之可用性。
- (二)通知申請人或受委託之製造、修理業者，開始執行偏載檢定時間，並登載於檢定紀錄表。
- (三)檢定合格者，去除曾經檢定合格印證及附加檢定合格印證；檢定不合格者，去除曾經檢定及檢查合格之印證。
- (四)須拍照檢定第一點(最大秤量之百分之十)及第五點(最大秤量)之顯示器顯示值及秤檯負載實物照片各一張，共四張，併檢定案件陳核歸檔。

七、固定地秤申請重新檢定時，應符合申請時之衡器檢定檢查技術規範。

八、固定地秤所有人或持有人因故暫停使用固定地秤時，應填具固定地秤停用申請書向度量衡專責機關申請報備，經同意後，應加貼停止使用單。經停用之固定地秤，如供計量使用時，應申請檢定。

經濟部標準檢驗局地秤檢定申請書

申請案號：

初次檢定 重新檢定

| | | | | | |
|-----------------|-------|------|-------|------|--------|
| 申請日期 | 年 月 日 | 檢定日期 | 年 月 日 | 許可執照 | 標度字第 號 |
| 申請人 (統編/名稱) | | | | | |
| 地 址 | | | | | |
| 聯絡人 | | | | 電 話 | |
| 所有人 (初次檢定填寫) | | | | | |
| 安裝地址 | | | | | |

下列地秤送請檢定：

| 廠牌 型號 | 器 號 | 最大秤量(kg) | 檢定標 尺 分度值(kg) | 數量(具) | 檢定費 單價(元) | 合計(元) |
|----------|-----|----------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

檢定日期： 年 月 日

合計檢定費新台幣(中文大寫)： 萬 仟 佰 拾 元整(NT\$)

- 一、依度量衡器檢定檢查辦法第5條規定：初次檢定之申請人為領有度量衡製造或輸入業許可執照者。
 二、檢定地秤超過10公噸時，應由申請人或使用者自備法碼或實重物品。
 三、自備車輛運送自有標準法碼至檢定處所者，法碼校正(驗)日期：_____年_____月_____日，
 校正(驗)報告編號：_____。
 四、自備車輛至檢定機關(構)載運10公噸以下法碼至檢定處所者(以跨轄區之製造業者、修理業者受委託調修時，或離島地區為限)。
 五、使用檢定機關(構)法碼及車輛者。
 六、依度量衡規費收費標準第4條規定：臨場檢定費每人每次新臺幣500元。
 七、因現場無法備齊替代物品，同意調降秤量：_____ (申請人簽章)

| | | | | | | |
|-------------|---------|-----|-----|-----|-----|------|
| 收 費 欄 | 收費類別 | 檢定費 | 臨場費 | 證照費 | 其他費 | 收費人員 |
| | 金額(新台幣) | | | | | |
| | 收據號碼 | | | | | |

| | |
|------------|-------------------------------|
| 補/退 費用欄 | 補收檢定費 NT\$ _____ 收據號碼 _____ |
| | 補收臨場檢定費 NT\$ _____ 收據號碼 _____ |
| | 應退檢定費 NT\$ _____ 審核人員 _____ |

MEA-070-102

受理人員：

受理單位主管：

委 託 書

本公司(委託者)持有之

地秤

重力式自動裝料衡器

非連續累計自動衡器

因故須委託_____ (受委託者)

代理辦理檢定相關事宜。

此致

經濟部標準檢驗局

委託者(簽名或蓋章)：

受委託者(簽名或蓋章)：

中 華 民 國 年 月 日

經濟部標準檢驗局
固定地秤停用申請書

申請案號：

第 頁，共 頁

| | | | |
|------------|---------------------------------------|-----|------|
| 申請日期 | 年 月 日 | 申請人 | (章戳) |
| 聯絡人/ 電話 | | 地 址 | |
| 停用 | <input type="checkbox"/> 停用，共 _____ 台 | | |

停用之資料如下：

| 廠牌 | 型號 | 器號 | 合格單 號碼 | 屆滿合格 有效年月 | 停用期間 (起迄年月) | 停用單號 | 備註 |
|----|----|----|-----------|--------------|----------------|------|----|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

□已詳細閱讀停用報備之注意事項，並同意其內容。

申請者簽章：

請沿虛線撕下交由申請人

固定
地秤
/停
用注
意事
項

- 1.固定地秤移至他處安裝供交易使用時，依規定應申請重新檢定。
- 2.使用未經檢定合格之度量衡器，或未依規定使用重新檢定合格之度量衡器，依度量衡法第53條規定，處新臺幣1萬5千元以上7萬5千元以下罰鍰。

經濟部標準檢驗局 第七組
住址：臺北市士林區承德路5段78號
電話：02-28348456分機104