

## 108 年「老人輔具(非木質手杖)」市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/ 元)	商品檢驗標識 / 標示查核結果	品質項目檢測結果	備註
1	輕合金熟齡雨傘	北之特 LOVING	86.5cm/HC-640Y	臺灣	進口商：北之特樂銀(股)公司 臺北市八德路4段138號4樓 (02)37621268	美麗華城市發展(股)公司-北之特專櫃 臺北市敬業三路20號本館3F (02)85020038	1,599	總評：○ ○標示	總評：○ ○尺度構造 ○杖端膠頭(摩擦力試驗) ○靜態負載(試驗) ○杖身與握把接合處強度試驗 ○伸縮套管組 ○調整裝置	非應施
2	分離式紳士傘	SIYARE 沙麗	63.5cm*8k /	中國大陸	進口商：雨之晴傘業有限公司 新北市中和區保健路10巷10號1樓 (02)29490318	美麗華城市發展(股)公司-SIYARE 沙麗專櫃 臺北市敬業三路20號本館2F (02)85027271	890	總評：○ ○標示	總評：○ ○尺度構造 ○杖端膠頭(摩擦力試驗) ○靜態負載(試驗) ○杖身與握把接合處強度試驗 ○伸縮套管組 ○調整裝置 ○標示	非應施
3	可折疊收納手杖	英國 Classic Canes	79.2-86.7cm/4616G	臺灣	進口商：金達創意有限公司 臺北市南京西路239巷23號(02)25586318	金達創意有限公司 臺北市南京西路239巷23號 (02)25586318	2,880	總評：○ ○商品檢驗標識 ○標示 ○商品檢驗法(商品名稱、報驗義務人名稱及地址)	總評：○ ○尺度構造 ○杖端膠頭(摩擦力試驗) ○靜態負載(試驗) ○杖身與握把接合處強度試驗 ○伸縮套管組 ○調整裝置	

「○」表示符合，「●」表示不符合。

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/ 元)	商品檢驗標識 / 標示查核結果	品質項目檢測結果	備註
4	光輝點點 伸縮杖	ISUN 宜山	65.5-85.5 cm/CAA-20 17	臺灣	製造商：宜山國際有限 公司 臺中市豐原區翁社里豐 年路 109 巷 92 弄 28 號 (04)26805728	耆妙屋台北國泰門市 臺北市仁愛路 4 段 266 巷 15 弄 24 號 (02)77462328	980	總評：○ ○商品檢驗標識 (R54966) ○標示 ○商品檢驗法(商品名 稱、報驗義務人名 稱及地址)	總評：○ ○尺度構造 ○杖端膠頭(摩擦力 試驗) ○靜態負載(試驗) ○杖身與握把接合處強度試驗 ○伸縮套管組 ○調整裝置	
5	自動手杖 椅	Ta-Da 泰達	85cm/1385 ORR 玫瑰紅	臺灣	製造商：永朔實業有限 公司 臺中市西屯區成都路 118 號 4 樓 (04)23163997	必翔銀髮事業(股)公司 台北營業所 臺北市新生北路 2 段 131-4 號 1 樓 (02)25818477	3,750	總評：○ ○商品檢驗標識 (R54970) ○標示(未標示(b)" 製造年份) ○商品檢驗法(商品名 稱、報驗義務人名 稱及地址)	總評：○ ○尺度構造 ○杖端膠頭(摩擦力 試驗) ○靜態負載(試驗) ○杖身與握把接合處強度試驗 ○伸縮套管組 ○調整裝置	
6	可站立手 杖	台灣喜多	747.3~96. 9cm/HIT06 69 右手專 用	臺灣	製造商：台灣喜多股份 有限公司 臺中市南屯區精誠路 670 號 (04)24714567	樂齡生活事業(股)公司 台北民生店 臺北市民生東路 5 段 91 號 1 樓 (02)27611866	1,180	總評：○ ○商品檢驗標識 (R55551) ○標示 ○商品檢驗法(商品名 稱、報驗義務人名 稱及地址)	總評：○ ○尺度構造 ○杖端膠頭(摩擦力 試驗) ○靜態負載(試驗) ○杖身與握把接合處強度試驗 ○伸縮套管組 ○調整裝置	
7	360 度旋轉 避震 摺疊 防滑樂齡 手杖(網 頁名稱)	DR. CANE	無標示	無標 示	無標示	(網購) Pinkoi <a href="https://www.pinkoi.com/product/JufHeBA5?category=2&amp;ref_itemlist=TDr7jJn7">https://www.pinkoi.com/product/JufHeBA5?category=2&amp;ref_itemlist=TDr7jJn7</a> 發票地址： 軒宇貿易有限公司 臺中市南屯區向心里永 春東路 357 號 3 樓之 1	1,900	總評：● ●中文標示(未標示生 產、製造商名稱、電 話、地址及商品原產 地)	總評：○ ○尺度構造 ○杖端膠頭(摩擦力 試驗) ○靜態負載(試驗) ○杖身與握把接合處強度試驗 ○伸縮套管組 ○調整裝置	1.非應施 2.中文標示 不符部分移 請經濟部中 部辦公室處 理。

「○」表示符合，「●」表示不符合。

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/ 元)	商品檢驗標識 / 標示查核結果	品質項目檢測結果	備註
8	碳纖維伸縮二節式手杖	NorthFox 北狐	72~88cm/R IEMJ217-8 05(R12)黑	中國大陸	進口商：沃展有限公司 新竹市東區民生路144 巷12號1樓 (03)5335251	(網購) Pchome 24h 購物 https://24h.pchome.co m.tw/prod/DABC62-A900 8RFCX?fq=/S/DAAH52 1/9	2,450	總評：○ ○商品檢驗標識 (R54921) ○標示 ○商品檢驗法(商品名 稱、報驗義務人名 稱及地址)	總評：○ ○尺度構造 ○杖端膠頭(摩擦力 試驗) ○靜態負載(試驗) ○杖身與握把接合處強度試驗 ○伸縮套管組 ○調整裝置	
9	經典萬用二節式杖	SIDER	MICN1523C BR0000 雀 棕	臺灣	製造商：SIDER 彰化縣和美鎮彰美路4 段135巷12號 (04)7578399 進口商： 樂齡生活事業(股)公司 臺北市光復北路82號 10樓 0800600176	樂齡生活事業(股)公司 台北大安店 臺北市大安路1段179號 1樓 (02)27011766	3,480	總評：● ○商品檢驗標識 ●標示(未標示(b)製 造年份、(c)總長 度，可調整手杖需標 示其最大及最小之 長度、(d)“使用前 請詳閱使用者說明 書”之敘述) ○商品檢驗法(商品名 稱、報驗義務人名 稱及地址)	總評：○ ○尺度構造 ○杖端膠頭(摩擦力 試驗) ○靜態負載(試驗) ○杖身與握把接合處強度試驗 ○伸縮套管組 ○調整裝置	
10	調整式自動手杖傘	WEIYI	83~88cm/ 紅		製造商：志昌洋傘企業 股份有限公司 彰化縣秀水鄉馬興村彰 馬街226號 (04)7526907	志昌洋傘企業股份有限 公司 彰化縣秀水鄉馬興村彰 馬街226號 (04)7526907	900	總評：● ○商品檢驗標識 ●標示(未標示(d)“ 使用前請詳閱使用 者說明書”之敘述) ○商品檢驗法(商品名 稱、報驗義務人名 稱及地址)	總評：○ ○尺度構造 ○杖端膠頭(摩擦力 試驗) ○靜態負載(試驗) ○杖身與握把接合處強度試驗 ○伸縮套管組 ○調整裝置	

「○」表示符合，「●」表示不符合。

備註：


1. 品質檢驗：依據國家標準 CNS 15192 進行檢測。

(1) 尺度構造：依 3.3.1 規定試驗，表 1 判定。

- (2) 杖端膠頭(摩擦力試驗)：依 CNS15469-1 規定試驗，不得小於 25N。
- (3) 靜態負載試驗：依 9.2 規定試驗，杖身最大變形量不得超過 12 mm(折疊式杖身者，則不得超過 17 mm)，移除負載後杖身不得造成永久變形。
- (4) 杖身與握把接合處的強度試驗：依 9.2 規定試驗，握把與杖身接合處不得鬆脫、破壞或變形影響正常使用。
- (5) 伸縮套管組：依 4 規定判定。
- (6) 調整裝置：依 6 規定判定。

2. 標示查核：依商品檢驗法及 CNS 15192「非木質手杖」第 10 節查核「商品檢驗標識」及「中文標示」。

- (1) 商品檢驗標識：



- (2) 中文標示：標準要求須以清楚且以不易磨滅方式標示下列事項：

- a. 產品名稱及或批號
- b. 製造年份
- c. 總長度：若手杖高度可調整，需標示其最大及最小之長度
- d. “使用前請詳閱使用者說明書。”之敘述
- e. 報驗義務人之姓名或名稱及地址

- (3) 商品標示法：商品名稱、報驗義務人之姓名或名稱及地址

3. 本次購樣數量共 10 件，每件購樣 2 支，檢測結果為：

- (1) 品質檢測部分

全數符合。

- (2) 標示查核部分

(A) 商品檢驗標識：全數符合。

(B) 中文標示：計有 3 件不符合 (項次 7、9 及 10)。