

【附表】經濟部標準檢驗局公布市售「非木質手杖」檢測結果

壹、檢測標準/法規、檢測項目、檢測/查核結果

檢測標準/法規	檢測項目	檢測/查核結果
CNS 15192「非木質手杖」	<u>品質項目：</u> 尺度構造、杖端膠頭、靜態負載、握把與杖身接合處強度、伸縮套管組及調整裝置	2件品質不符合規定 (一)項次 6：杖端膠頭摩擦力測試結果為 14N，不符合不得小於 25N 規定。 (二)項次 8：靜態負載測試結果最大變形量為 24 mm，不符合不得超過 17 mm 規定。
前述檢驗標準及商品檢驗法	<u>標示查核：</u> 商品檢驗標識、中文標示	7件標示不符合規定 (一)項次 2、5、6、7、8、9 及 10：無商品檢驗標識。 (二)項次 2、5、6、8、9 及 10：無中文標示。

貳、選購及使用注意事項之呼籲

標準檢驗局呼籲，廠商應落實商品之安全性與標示正確性，以維護消費者權益，並提醒消費者選購及使用市售「非木質手杖」商品時，注意下列事項：

- 一、若產品宣稱為醫療器材時，應標有衛生福利部之「醫療器材查驗登記許可證字號」(查詢網址：<https://lmspiq.fda.gov.tw/web/MDPIQ/MDPIQLicSearch>)。若未宣稱為醫療器材時，則應有貼附「商品檢驗標識」(圖例如：)之商品。(商品檢驗標識查詢網址：https://civil.bsmi.gov.tw/bsmi_pqn/)
- 二、選購時應確認包裝與產品本體一致，並附有完整使用說明書，檢視中文標示是否齊全(如商品名稱、製造年份、長度規格、製造商及進口商資料、產地及使用注意事項等)，並依使用者身高選擇合適長度之手杖，以確保使用安全。
- 三、使用時應定期檢查手杖狀況，若有損傷應立即停用；杖端膠頭如有磨損或脫落應即更換，並注意於潮濕、結冰或凹凸地面行走時之滑倒及卡陷風險。